

Cama TEIDE



El producto está destinado para ser utilizado en seres humanos con fines de tratamiento o alivio de una enfermedad, así como al tratamiento. Alivio o compensación de una lesión o una deficiencia, según la reglamentación española de productos sanitarios vigente.

La cama está considerada producto sanitario de clase 1 según la Directiva 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CE y traspuesta al reglamento español mediante el RD 1591/2009.

Cumple con las Normas:

*** UNE-EN 60601-2-52** "Equipos electromédicos. Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las camas médicas.

**Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecnimoem se reserva el derecho de cambiar especificaciones técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.*

Cama TEIDE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEDIDAS EXTERIORES Y PESOS	Para colchón 90x190	Para colchón 105x190
Con barandilla de madera	1050 x 2140 mm	1200 x 2140 mm
Con barandilla de acero	1050 x 2140 mm	1200 x 2140 mm
Sin barandillas	1020 x 2140 mm	1170 x 2140 mm
Peso total con barandilla madera	93,00 Kg	100,60Kg
Peso total con barandilla acero	97,80 Kg	105,40 Kg
Peso del lecho	35,00 Kg	39,00 Kg
Peso de cada cajón	24,60 Kg	26,40 Kg

CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES	150 Kg. Peso del usuario
	25 Kg. Peso del colchón + ropa de cama
	15 Kg. Peso de barandillas
	15 Kg. Peso del resto de accesorios (incorporador, portagoteros...)

RANGO DE ELEVACIÓN DEL BASTIDOR AL SUELO (con rueda Ø100 mm) (admite cualquier barandilla)	Desde 35 a 75 cm
--	------------------

LECHO

Bastidor exterior en tubo de acero 50x20x1.5 mm y articulaciones interiores en tubo de acero 25x25x1.5 mm curvado en esquinas (fabricados según UNE 10305-5).

Distancia de 30 mm de seguridad en todo el contorno de la cama entre las articulaciones y el bastidor exterior para evitar atrapamientos.

Pintura epoxi-poliéster color beige (consultar otras opciones).

Provisto de cuadradillos en la zona de cabecero para anclaje de soporte portagoteros y/o incorporador.

Posibilidad de montar barandillas de seguridad laterales metálicas o de madera.

Arquillo sujetacolchón metálico en el piecero de la articulación interior y sujetacolchones de termoplástico inyectado (PP con fibra de vidrio) en los laterales.

- Opción lecho lamas de madera: 17 lamas de haya vaporizada curvadas (53x8 mm), recubiertas de papel melamínico (3 de ellas dobles con reguladores de tensión para refuerzo lumbar -2 en centro y 1 en respaldo cabeza-). Tacos sujeta-lamas y reguladores de polietileno rígido color gris claro.
- Posibilidad de lamas de termoplástico inyectado (polipropileno con fibra de vidrio), en ancho 90.
- Posibilidad de lecho de malla electrosoldada, recubierta de epoxi-poliéster


CAMA ARTICULADA ELÉCTRICA DE 4 PLANOS (3 ARTICULACIONES):

Ángulo A: Respaldo ajustable de 0º a 70º respecto a la horizontal

Ángulo B: Módulo muslos ajustable de 0º a 20º respecto a la horizontal

Ángulo C: Módulo pantorrillas ajustable de 0º a 11º respecto a la horizontal

Los módulos de muslos y pantorrillas se gradúan a la vez.



Cama TEIDE

CARRO ELEVADOR.

Dos conjuntos en cabeza y pies formados por dos soportes (uno encaja dentro de otro y queda unido por el actuador eléctrico) en tubo de acero 40x40x2 mm y 30x30x1.5mm

Todos los tubos están fabricados según UNE 10305-5. Pintura epoxi-poliéster.

El conjunto montado se inserta en el bastidor de la cama mediante una pletina y un pestillo de cierre de seguridad.



Levantar el bastidor y colocar los dos ejes (1) en las ranuras del anclaje (2) de ambos lados del cajón de madera. Asegurar el conjunto girando el pestillo (3) de seguridad hacia fuera.

Espacio libre bajo la cama >160 mm, permitiendo el uso de una grúa elevadora de pacientes.

ACCIONAMIENTO

Articulación cama: Por motor eléctrico de un mínimo de 4000+4000N con mando con cable. Entrada a 230V. Salida a 24 V (con transformador interno de 50W).

Distancia entre ejes 581mm. Carrera 87/69 mm, Grado de protección IPx4. Clase II.

Provisto de una pila de 9V por si es necesario volver a la posición horizontal o de reposo en caso de corte de corriente eléctrica.

Movimiento del carro: Por actuador de dos lineales de 3000N, con distancia de instalación de 580 mm y un recorrido de 400 mm, conectados al motor eléctrico.

Todas las acciones se controlan con un solo mando que posibilita la función trend-antitrendelenburg, bajo supervisión médica (ángulo 12º respecto a la horizontal).

INCORPORADOR (opcional)

Estructura en tubo Ø33.7x3.2 mm recubierto de epoxi-poliéster. Con asa en material plástico y cintas de tejido de poliamida. Carga máxima admisible 75 kg.

Peso: 4.4 kg.

Cama TEIDE

PORTAGOTERO (opcional)

Estructura en tubo $\varnothing 33.7 \times 3.2$ mm recubierto de epoxi-poliéster. Dispone de dos varillas para colgar dos bolsas.

Peso: 3 kg.

CABECERO O PIECERO DE MADERA

Cabecero y piecero (tipo cajón) que oculta los actuadores eléctricos de elevación del carro.

Ambos son de iguales dimensiones fabricados en madera de haya barnizada y paneles revestidos de melamina color HAYA BAMA MATE FINSA.

Disponible con guía (para barandilla de madera) o sin guía (para barandillas metálicas o sin barandillas)

Peso de cada cajón con elevador montado (90): 24.6 kg. (10.8 kg. cajón + 13.8 kg elevador + motor)

Peso de cada cajón con elevador montado (105): 26.4 kg. (12 kg. cajón + 14.4 kg elevador + motor)

Altura del cajón al suelo: 85,5 cm (con ruedas $\varnothing 100$ mm y cama abajo)


PARA MODELO TEIDE -BM

BARANDILLAS DE MADERA (opcional)

Compuestas de dos barras de sección 80X25 de madera de haya recubierta de papel melamínico color HAYA BAMA MATE FINSA que deslizan dentro de la guía metálica del cajón de madera.

Peso de las 4 barras con accesorios: 8.8 kg.


Barandillas bajadas quedan a la altura del bastidor.




Cama TEIDE

MONTAJE BARANDILLA MADERA

1. Con la cama frenada y elevada unos 30cm, presentamos las piezas necesarias, en el suelo



2. Presionamos el botón inferior del cajón (A) introducimos CON CUIDADO, por la parte inferior de la guía metálica, la corredera y soltamos el botón, impidiendo que se caiga.
3. Se colocan las tapas en los largueros y se introducen en las correderas.



4. Para montar el lado contrario, se colocan las tapas en los largueros e introducimos la corredera
5. Después CON CUIDADO, introducimos la corredera en la guía metálica del cajón apretando el botón inferior que libera el paso.
6. Cuando esté colocada se suelta el botón para que no se caigan las barandillas.



FUNCIONAMIENTO DE LAS BARANDILLAS DE MADERA

Para bajar las barandillas, liberar las correderas de un extremo pulsando el botón superior y después liberar la corredera del otro extremo.

Para subir las barandillas, levantar con ambas manos la barandilla superior hasta que quede sujeto el conjunto al oír un "clic".

Cama TEIDE

PARA MODELO TEIDE -BA

JUEGO DE BARANDILLAS PLEGABLES DE 4 BARRAS CON ASA DE PLÁSTICO (opcional)


Estructura de acero con cuatro barras de tubo $\varnothing 25 \times 1.5$ mm y asa de plástico termoinyectado con 15%FV.

Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster gris claro (opcional en acero inoxidable).

Con sistema de bloqueo automático en su posición elevada.

Peso por barandilla 6.8 kg.

Barandillas bajadas quedan a la altura del bastidor.



Cama TEIDE


INFORMACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA DE CAMAS MEDICAS EN 60601-2-52

Para evitar caídas del paciente por encima de la barra superior de las barandillas es importante conocer las dimensiones del colchón que se puede utilizar. Según la norma EN 60601-2-52 hay que respetar:


- distancia entre cara superior del colchón y parte superior de la barandilla: mayor o igual a 220 mm
- huecos entre barras, o entre la barra inferior y la base del colchón: igual o menor de 120 mm

CAMAS MODELO TEIDE – ANETO

Estos modelos disponen de cabeceros/pieceros con 3 botones, para asegurar dos posibles alturas de barandillas.



* Barra superior en el botón de abajo: GROSOR MÁXIMO DE COLCHÓN 15,4 cm.



* Barra superior en el botón de arriba: GROSOR MÁXIMO DE COLCHÓN 23,25 cm.

En este caso existe riesgo de que el paciente o el colchón se deslicen bajo la barra inferior, ya que no se respeta el hueco mínimo de 120 mm indicado por norma.

“Colchones y/o barandillas incompatibles pueden crear riesgos”

Tecniemoem desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas y complementos para uso geriátrico y doméstico.

En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el bien más valorado, **Tecniemoem** pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas que por problemas físicos, de edad, o simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestros productos.

Tecniemoem, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros clientes.



TECNIMOEM 97 S.L.

CTRA. Logroño-Mendavia Km.5
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA
tecniemoem@tecniemoem.com

Telf. +34 948 64 62 13
Fax. +34 948 64 63 80
www.tecniemoem.com